



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L3439-240121)

茲證明

儀寶電子股份有限公司

校驗中心(振動/噪音實驗室)

桃園市楊梅區金溪路 159 巷 2 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018
認證編號：3439
初次認證日期：一百零七年二月一日
認證有效期間：一百一十三年二月一日至一百一十六年一月三十一日止
認證範圍：校正領域，如續頁

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一三年一月二十一日

認證編號：3439
實驗室主管：陳謙毅

振動量/聲量

項目代碼/校正件	最高工作標準件廠牌/型號	校正方法 文件名稱/編號	校正範圍			量測條件 說明	最小不確定度		
			最小範圍	單位	最大範圍		單位	數值	
KB1001 加速規	加速規 PCB/301A11	自訂之加速規校正 程序書 ACP-001		mV/ (m/s ²)		mV/ (m/s ²)		2.0	%
報告簽署人：郭靜璇；陳謙毅									
KB1002 振動計	加速規 PCB/301A11	自訂之振動計校正 程序書 VCP-001	5	m/s ²	5	m/s ²		4.1	%
報告簽署人：郭靜璇；陳謙毅									
KB2004 噪音計	聲音校正器 B&K 4231	自訂之噪音計校正 程序書 SCP-002	94	dB (reference: 20 µPa)	94	dB (reference: 20 µPa)	@ 1 kHz	0.3	dB
			114	dB (reference: 20 µPa)	114	dB (reference: 20 µPa)	@ 1 kHz	0.3	dB
報告簽署人：陳謙毅；魏文杰									

註：最小不確定度係以約95%信賴水準之擴充不確定度表示
(以下空白)

